



# プロテクガード ロイヤルブルーニトリルグローブ 250枚



検査・検診用ニトリルグローブ(一般医療機器クラスI)  
医療機器製造販売届出番号:13B3X1023630001

検査・検診用 一般医療機器クラスI	全長230mm	抜群の装着感・フィット感 厚さ0.08mm	未減菌 ディスプレイ
ラテックスフリー パウダーフリー	指先エンボス加工	左右兼用	食品衛生試験実施済み RoHS指令適合



- ### 用途
- 採血作業
  - 異物混入対策
  - 病理検査・薬剤扱い
  - 食品加工・配膳作業
  - 病棟・外来の環境清拭作業
  - 部品組立・メンテナンス
  - 器具類の洗浄・消毒作業

規格		
項目	規格値	
穴あき	AQL1.5	
パウダー残留量	≦2mg/枚	
引張り強度	老化前	老化後
	18.0MPa	16.0MPa
伸び率	老化前	老化後
	500%	400%

衛生試験結果			
検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
細菌数(生菌数)	30cfu/枚以下	真菌(酵母)	陰性
大腸菌群	陰性	クロストリジウム	陰性
黄色ブドウ球菌	陰性	腸炎ビブリオ	陰性
真菌(カビ)	陰性	サルモネラ	陰性/枚

(各種データ・添付文書) 弊社セールスまでお問い合わせください。

\*自社調査であり、保証値ではありません

## 製品仕様

製品画像	製品名	製品番号	JANコード	製品情報
			ITFコード	
	プロテクガード ロイヤルブルーニトリルグローブ XSサイズ	69315	4901750693152	250枚 10ボックス ケース入 XSサイズ ニトリルゴム 食品衛生試験実施済み RoHS指令規格
			14901750693159	
			(01) 04901750693152	
	プロテクガード ロイヤルブルーニトリルグローブ Sサイズ	69325	4901750693251	250枚 10ボックス ケース入 Sサイズ ニトリルゴム 食品衛生試験実施済み RoHS指令規格
			14901750693258	
			(01) 04901750693251	
	プロテクガード ロイヤルブルーニトリルグローブ Mサイズ	69335	4901750693350	250枚 10ボックス ケース入 Mサイズ ニトリルゴム 食品衛生試験実施済み RoHS指令規格
			14901750693357	
			(01) 04901750693350	
	プロテクガード ロイヤルブルーニトリルグローブ Lサイズ	69345	4901750693459	250枚 10ボックス ケース入 Lサイズ ニトリルゴム 食品衛生試験実施済み RoHS指令規格
			14901750693456	
			(01) 04901750693459	



日本製紙グループ  
**日本製紙クレシア株式会社**

〒101-8215 東京都千代田区神田駿河台4-6  
ホームページ <http://pro.crecia.co.jp>

- 北海道営業支社 011-281-3881
- 東北営業支社 022-264-2461
- 関東営業部 03-6665-5327
- 中部営業部 052-220-5206
- 関西営業部 06-6389-2047
- 中国営業支社 082-545-6600
- 九州営業支社 092-725-8282

販売店